

**Таблица за съответствие с техническите параметри, приложение към Предложението за изпълнение на поръчката по
Обособена позиция №3 с предмет: „Доставка на муфелна мещ“**

„ЛАБИМЕКС“ АД		
Обособена позиция с предмет:	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, детайлно описание, характеристики
<u>Обособена позиция №3 с предмет: „Доставка на муфелна мещ“</u>	1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	Муфелна пещ, модел SNOL 30/1100 LSF01, производител SnolTherm, Литва
	Муфелна пещ	
	2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА	
	Температурен обхват: от 100 до 1100 ⁰ С	
	Максимална температура- 1200 ⁰ С	
	Терморегулатор	
	Размер на муфела ВхШхД(mm) минимални 200х300х500	+
	Габаритни размери ВхШхД(mm) максимални 800х900х850	

	<p>3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ</p> <p>3.1. Продуктът да се транспортира в оригинална транспортна опаковка транспорт;</p> <p>4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ</p> <p>4.1. Инсталация:</p> <p>4.2. Обучение на експертен състав.</p> <p>4.3. Осигуряване на техническа документация и инструкции за експлоатация на български език.</p> <p>5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ</p> <p>5.1. Гаранционният срок - 24 месеца от датата на доставка.</p> <p>5.2. Сервиз:</p> <ul style="list-style-type: none"> - безплатно по време на гаранционния срок; - профилактична поддръжка в гаранционния срок; 	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
--	--	--

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД

Обособена позиция с предмет:	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, детайлно описание, характеристики
Обособена позиция №3 с предмет: „Доставка на муфелна мещ“	<p>1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА</p> <p>Муфелна пещ</p> <p>2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА</p> <p>Температурен обхват: от 100 до 1100⁰С</p> <p>Максимална температура- 1200⁰С</p> <p>Терморегулатор</p> <p>Размер на муфела ВхШхД(mm) минимални 200х300х500</p> <p>Габаритни размери ВхШхД(mm) максимални 800х900х850</p> <p>3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ</p>	<p>Муфелна пещ, модел Nebertherm L 40/12, art.№L-401K3RN, производител Nabertherm, Германия</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>Дълбочината на муфелната камера, предлагана от участника не отговоря на изискванията на възложителя. Посочена е дълбочина от 490 мм, при минимално изискване на възложителя от 500 мм</p> <p>+</p>

	<p>3.1. Продуктът да се транспортира в оригинална транспортна опаковка транспорт;</p> <p>4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ</p> <p>4.1. Инсталация:</p> <p>4.2. Обучение на експертен състав.</p> <p>4.3. Осигуряване на техническа документация и инструкции за експлоатация на български език.</p> <p>5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ</p> <p>5.1. Гаранционният срок - 24 месеца от датата на доставка.</p> <p>5.2. Сервиз:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бесплатно по време на гаранционния срок; - профилактична поддръжка в гаранционния срок; 	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
--	---	--

„Лабексперт“ ООД

Обособена позиция с предмет:	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, детайлно описание, характеристики
Обособена позиция №3 с предмет: „Доставка на муфелна мещ“	<p>1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА</p> <p>Муфелна пещ</p> <p>2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА</p> <p>Температурен обхват: от 100 до 1100⁰С Максимална температура- 1200⁰С Терморегулатор</p> <p>Размер на муфела ВхШхД(mm) минимални 200х300х500</p> <p>Габаритни размери ВхШхД(mm) максимални 800х900х850</p> <p>3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ</p> <p>3.1. Продуктът да се транспортира в оригинална транспортна опаковка транспорт;</p>	<p>Муфелна пещ, модел SNOL 39/1100 LHM21, производител Snol-Литва</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>Дълбочината на габаритните размери на муфелната пещ, предлагана от участника не отговоря на изискванията на възложителя. Посочена е дълбочина от 899 мм, при изискване максимално 850 мм</p>

	<p>4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ</p> <p>4.1. Инсталация:</p> <p>4.2. Обучение на експертен състав.</p> <p>4.3. Осигуряване на техническа документация и инструкции за експлоатация на български език.</p> <p>5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ</p> <p>5.1. Гаранционният срок - 24 месеца от датата на доставка.</p> <p>5.2. Сервиз:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бесплатно по време на гаранционния срок; - профилактична поддръжка в гаранционния срок; 	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
--	---	--

„Бургас Медико“ ООД

Обособена позиция с предмет:	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, детайлно описание, характеристики
<u>Обособена позиция №3 с предмет: „Доставка на муфелна мещ“</u>	<p>1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА</p> <p>Муфелна пещ</p> <p>2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА</p> <p>Температурен обхват: от 100 до 1100⁰С</p> <p>Максимална температура- 1200⁰С</p> <p>Терморегулатор</p> <p>Размер на муфела ВхШхД (mm) минимални 200х300х500</p> <p>Габаритни размери ВхШхД(mm) максимални 800х900х850</p> <p>3.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ</p> <p>3.1. Продуктът да се транспортира в оригинална транспортна опаковка транспорт;</p>	<p>Муфелна пещ, модел-не се открива</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>Размера на камерата на муфелната пещ, предлагана от участника е 160х160х200 mm. Не отговоря на изисканите от Възложителя параметри.</p> <p>+</p>

	<p>4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ</p> <p>4.1. Инсталация:</p> <p>4.2. Обучение на експертен състав.</p> <p>4.3. Осигуряване на техническа документация и инструкции за експлоатация на български език.</p> <p>5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ</p> <p>5.1. Гаранционният срок - 24 месеца от датата на доставка.</p> <p>5.2. Сервиз:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бесплатно по време на гаранционния срок; - профилактична поддръжка в гаранционния срок; 	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
--	---	--