

Таблица за съответствие с техническите параметри, приложение към Предложението за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“

„ЛАБИМЕКС“ АД		
Обособена позиция с предмет:	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, детайлно описание, характеристики
Обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“	1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Инкубатор 2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА Обем – 400-450 л. Температурен режим: до 80° С Да не е охлаждащ Да е окомплектован със скари /рафтове/ 3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ. - Продуктът да се транспортира в оригинална транспортна опаковка 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 4.1. Инсталация 4.2. Обучение на експертния състав. 4.3. Осигуряване на техническа документация и инструкции за експлоатация на български език.	ICF 400 Plus version, Giorgio Bormac + + + + + + +

	5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ 5.1. Гаранционният срок - 24 месеца от датата на доставка. 5.2. Сервиз: - безплатно по време на гаранционния срок; - профилактична поддръжка в гаранционния срок;	+ + +
--	---	-------------------------

„ЛАБТЕХ“ ЕООД		
Обособена позиция с предмет:	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, детайлно описание, характеристики
Обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“	1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Инкубатор 2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА Обем – 400-450 л. Температурен режим: до 80° С Да не е охлаждащ Да е окомплектован със скари /рафтове/	CLN 400 W STD + + + +

	3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ.	
	- Продуктът да се транспортира в оригинална транспортна опаковка	+
	4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ	
	4.1. Инсталация	+
	4.2. Обучение на експертния състав.	+
	4.3. Осигуряване на техническа документация и инструкции за експлоатация на български език.	+
	5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ	
	5.1. Гаранционният срок - 24 месеца от датата на доставка.	+
	5.2. Сервиз:	
	- безплатно по време на гаранционния срок;	+
	- профилактична поддръжка в гаранционния срок;	+

“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД		
<i>Обособена позиция с предмет:</i>	<i>Минимални изисквания на възложителя</i>	<i>Предложение на участника Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, детайлно описание, характеристики</i>

„РИДАКОМ“ ЕООД

[illegible]

	СЕРВИЗ 5.1. Гаранционният срок - 24 месеца от датата на доставка. 5.2. Сервиз: - безплатно по време на гаранционния срок; - профилактична поддръжка в гаранционния срок;	+ + +
--	---	-------------------------

„ФОТ“ ООД		
Обособена позиция с предмет:	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника Наименование, модел, производител на предлаганото оборудване, детайлно описание, характеристики
Обособена позиция №2 с предмет: „Доставка на инкубатор за микробиологични изпитвания“	1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Инкубатор 2. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА Обем – 400-450 л. Температурен режим: до 80° С Да не е охлаждащ	MEMMERT, IN 450 + + +

	<p>Да е окомплектован със скари /рафтове/</p> <p>3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ.</p> <p>- Продуктът да се транспортира в оригинална транспортна опаковка</p> <p>4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ</p> <p>4.1. Инсталация</p> <p>4.2. Обучение на експертния състав.</p> <p>4.3. Осигуряване на техническа документация и инструкции за експлоатация на български език.</p> <p>5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ</p> <p>5.1. Гаранционният срок - 24 месеца от датата на доставка.</p> <p>5.2. Сервиз:</p> <p>- безплатно по време на гаранционния срок;</p> <p>- профилактична поддръжка в гаранционния срок;</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p>
--	---	---